SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 801 /BV-VTTBYT
Về việc mời báo giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2024

Tp. Thủ Đức, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm kim luồn với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y Tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai lập kế hoạch mua sắm gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2024

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: (028). 5432.7888 *Email: vtyt.bvlvt@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá .

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TPHCM

- Nhận qua email: vtyt.bvlvt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư.

- - Danh mục gói thầu gồm 54 mặt hàng và được chia thành 2 lô. Nhà thầu lựa chọn một hoặc tất cả các lô và cung cấp các thông tin liên quan đến

1. Danh mục vật tư.

- - Danh mục gói thầu gồm 54 mặt hàng và được chia thành 2 lô. Nhà thầu lựa chọn một hoặc tất cả các lô và cung cấp các thông tin liên quan đến tất cả các mặt hàng trong từng lô theo mẫu. Chi tiết các mặt hàng vui lòng xem file đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Binh Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 giờ kể từ khi Bệnh viện gọi hàng.

4. Các thông tin khác (nếu có): Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (H, b).

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

Trần Văn Khanh

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH MỤC GÓI THẦU

Đính kèm theo Công văn về việc mời báo giá số: 801 /BV-VTTBYT ngày 08 tháng 12 năm 2023

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	1	Gạc 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng	Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp, tiệt trùng	950.000
	2	Gạc 30 x 40 x6 lớp tiệt trùng có cản quang	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. . Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	100.000
	3	Băng keo cá nhân	Băng: Phim PE màu da có miếng gạc nhỏ Kích thước: 19 mm x 56 mm Keo Acrylate dùng cho y tế Tiêu chuẩn ISO/CE/ FDA	100.000
	4	Băng phim dính y tế	Băng phim dính chất liệu PU,Keo Acrylate KT: 6 cm x7 cm -Độ bền bong tróc của bề mặt cao su phải **≥1,0N/cm.** -Tiệt khuẩn tiêu chuẩn EO -Tính thấm: Độ truyền hơi nước phải **≥500g/m²*24h** -Độ dính: Độ trượt trên cùng bề mặt dính không được lớn hơn 1mm Tiêu chuẩn ISO/CE/ FDA	1.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	5	Băng phim dính y tế	Băng phim dính chất liệu PU,Keo Acrylate KT: 12cm x 10 cm -Độ bền bong tróc của bề mặt cao su phải **≥1,0N/cm.** -Tiệt khuẩn tiêu chuẩn EO -Tính thấm: Độ truyền hơi nước phải **≥500g/m²*24h** -Độ dính: Độ trượt trên cùng bề mặt dính không được lớn hơn 1mm Tiêu chuẩn ISO/CE/ FDA	2.000
	6	Gạc dẫn lưu nội soi 3,5X20X8 lớp	Gạc dẫn lưu nội soi có kích thước 3,5X20X8 lớp	10.000
	7	Gạc tai mũi họng 1X200x4 lớp	Gạc tai mũi họng có kích thước:1X200x4 lớp	20.000
	8	Gạc ép sọ não 1x8x4 lớp	Gạc ép sọ não có kích thước: 1x8x4 lớp	10.000
	9	Gạc ép sọ não 2x8x4 lớp	Gạc ép sọ não có kích thước 2x8x4 lớp	10.000
2	10	Ambubag giúp thở người lớn	Bóng giúp thở người lớn dùng 1 lần gồm: mặt nạ + Túi dự trữ oxy + Dây nối dài 2 mét	50
	11	Ambubag giúp thở sơ sinh	Bóng giúp thở cho trẻ sơ sinh dùng 1 lần gồm: mặt nạ + Túi dự trữ oxy + Dây nối dài 2 mét	20
	12	Bao camera nội soi	Được tiệt trùng bằng khí E.O. Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	13	Bao dây đốt	Đã được tiệt trùng, dùng 1 lần tránh lây nhiễm chéo	3.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	14	Bao đo máu sau sinh đã tiệt trùng	Đã được tiệt trùng bằng khí Oxit Ethylen. Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	300
	15	Bình hút dịch phẫu thuật 2000ml có nắp dẫn lưu	Chai được làm bằng polycarbonate, Dễ dàng sử dụng và vệ sinh, có thể được hấp khử trùng .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	30

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	16	Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (CVC)	1. Kim dẫn đường: Kim dẫn đường Braunule (B), Kim dẫn đường Seldinger / kim thẳng (S), Kim dẫn đường có valve / kim V (V) hoặc tương đương 2. Dây Guire wire: Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài và đầu J linh hoạt,nằm trong Dispenser (dụng cụ bằng nhựa chứa guire wire, giúp thao tác luồn guire wire có thể thực hiện bằng một tay) 3. Dao mổ 4. Kim nong (bằng nhựa) 5. Catheter hai/ba nòng được làm từ polyurethane với đầu catheter mềm (xem thông tin chiều dài catheter trên vỏ hộp), với các linh kiện : - Khóa nòng Safsite (có van bên trong) - Catheter có vạch đánh dấu chiều dài - Đầu nối catheter Lok với những màu khác nhau - Cánh cố định (để cố định catheter vào cơ thể bệnh nhân) - Cánh di động có rãnh: được gắn sẵn trên thân catheter và có thể di động trên thân catheter giúp cố định catheter bằng cách khâu tại vị trí đâm kim dẫn đường (có/không tùy thuộc vào từng bộ) 6. Dây cáp, kết nối với máy đo ECG nhằm định vị đầu catheter trong khi luồn	200
	17	Bộ hút đàm kín	Hút đàm nhớt trong phẫu thuật kín, các size 10, 12, 14 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	500

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	18	Bơm hút điều kinh Karman	Được tiệt trùng bằng khí E.O Điều trị sẩy thai không trọn. Sinh thiết nội mạc tử cung. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	100
	19	Bông băng mắt tiệt trùng 5cm x 7cm	Làm từ bông thiên nhiên và vải không dệt được tiệt trùng, có khả năng thấm hút cao và nhanh, cùng với độ mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	20	Bông gòn không thấm nước	Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Kết cấu mịn màng và mềm mại. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	48
	21	Can 5 lít	sản xuất từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE bền bỉ, đảm bảo an toàn, vệ sinh với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	50
	22	Cồn tuyệt đối (chai) 1 lít	Cồn Ethanol tuyệt đối, (alcohol tinh khiết) loại bỏ hoàn toàn nước trong ethanol với hàm lượng 99.60 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	30

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	23	Dây cho ăn số 6	Chỉ sử dụng 1 lần, Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Vật liệu PVC y tế, trong suốt Tiệt trùng bằng khí EO Size: Số 6, 8, 10, 14, 16, 18. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	50
	24	Dây hút dịch phẫu thuật tiệt trùng	Đã được tiệt trùng bằng khí E.O, dùng 1 lần .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	2.000
	25	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng	được chế tạo từ gỗ thông đã được hấp chín, sấy khô,đánh bóng, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh, đạt độ cứng, độ nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	50.000
	26	Gạc dẫn lưu tai mũi họng	Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Được làm từ vải không dệt. Khả năng thấm hút cao và nhanh. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	27	Hộp đựng vật sắc nhọn 1.5l	Kích thước: 95 x 95 x 190 mm Làm từ nhựa PP nguyên sinh. Thành và đáy cứng không thấm nước, không thể đâm thủng, bề mặt trong hộp nhẵn dễ dàng vệ sinh làm sạch. Hộp có quai treo, nắp đậy kín dễ dàng đóng mở, miệng đủ lớn để cho chất thải sắc nhọn vào mà không cần lực đẩy, khi di chuyển chất thải không bị đổ ra ngoài. Thân màu vàng, nắp màu đỏ, có in dán tem logo và chữ theo quy định của Bộ Y tế. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	28	Javel 10%	Sodium hypochlorite 10% là chất tẩy và xử lý khử trùng, diệt khuẩn .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	300
	29	Khai mở khí quản có bóng 7.0	Có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. Có bóng trong riêng biệt và các bóng thay thế với các đặc tính mới để bệnh nhân tùy chọn: Tập nói, tập thở hoặc thông khí đơn giản hoặc tự thở Có thể vệ sinh Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	20

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	30	Khai mở khí quản có bóng 7.5	Có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. Có bóng trong riêng biệt và các bóng thay thế với các đặc tính mới để bệnh nhân tùy chọn: Tập nói, tập thở hoặc thông khí đơn giản hoặc tự thở Có thể vệ sinh Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	20
	31	Khai mở khí quản có bóng 8.0	Có bóng trong có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm. Có bóng trong riêng biệt và các bóng thay thế với các đặc tính mới để bệnh nhân tùy chọn: Tập nói, tập thở hoặc thông khí đơn giản hoặc tự thở Có thể vệ sinh Chất liệu mềm không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	10
	32	Lam nhám 7105	Chất liệu: Thuỷ tinh, không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường Kích thước: 25.4 x 76.2mm Độ dày: 1 – 1.2mm .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	300

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	33	Lam trơn 7102	Chất liệu: Thuỷ tinh, không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường Kích thước: 25.4 x 76.2mm Độ dày: 1 – 1.2mm .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	150
	34	Lọ đựng mẫu PS tiệt trùng có nắp đỏ có nhãn	Sản xuất theo (Tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy) từ nhựa PS trắng trong trung tính, tinh khiết .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	2.000
	35	Mask thanh quản	Làm bằng silicon mềm giảm tổn thương và giảm đau họng. Dễ dàng sử dụng trong trường hợp cấp cứu. Ít xâm lấn. Có lợi khi thông khí thời gian ngắn do không cần sử dụng nhiều thuốc. Giảm tổn thương. Không có cao su và có thể sử dụng tới 40 lần. • Có 8 cỡ để lựa chọn từ sơ sinh đến người lớn. • .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	20
	36	Nút chặn kim luồn	Nhỏ gọn, chặn máu hiệu quả Không gây kích ứng, không chứa Latex Trong suốt, dễ quan sát Có hoặc không có cổng tiêm .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	37	Ống eppendorf	sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 14 644-1 từ nhựa PP chất lượng cao, tiệt trùng. ở 121 ° C và 2 bar có thể ly tâm tới 30.000 g, không chứa RNase, DNase, DNA và endotoxin, .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5.000
	38	Ống nghiệm 10ml PS trắng trong có nắp	Làm từ nhựa trong suốt tinh khiết 100%, trung tính, không phản ứng với các loại hoá chất chứa bên trong. Thành ống trơn láng không bám dính nắp màu trắng đục, cấu trúc 2 tầng đảm bảo kín tuyệt đối. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	10.000
	39	Ống nghiệm PS 5ml nắp trắng có nhãn	Làm từ nhựa trong suốt tinh khiết 100%, trung tính, không phản ứng với các loại hoá chất chứa bên trong. Thành ống trơn láng không bám dính Nắp màu trắng đục, cấu trúc 2 tầng đảm bảo kín tuyệt đối Có nhẵn dễ dàng ghi thông tin .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	10.000
	40	Ống thông chữ T	Được sử dụng để mở túi mật Làm từ cao su tự nhiên,và sillicone tráng - Phần kết nối có đường kính lớn hơn so với các bộ phận khác - Size: từ số 10 đến số 26 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	20

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	41	Pipet paster nhựa 1ml	Pipet paster có vạch chia - Thể tích đo: 1ml - Chất liệu: PE - Kích thước: dài 140mm .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	20.000
	42	Que gòn tiệt trùng từng ống	Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ dùng để lấy mẫu cho bệnh phẩm nam và nữ Ống PP, có nhãn, que nhựa .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	43	Sonde dẫn lưu đường mật 10Fr	Ống sonde không những được phủ Hydrophilic ít gây biến chứng và kích ứng da mà còn có lớp phủ cảng quang giúp Bác Sỹ dễ theo dõi đường đi của ống với XQ, MRI hoặc siêu âm. Đặc biệt ống có đánh dấu chiều dài ống giúp Bác Sỹ dễ dàng định vị chiều dài của ống khi vào cơ thể. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5
	44	Sonde dẫn lưu đường mật 12Fr	Ống sonde không những được phủ Hydrophilic ít gây biến chứng và kích ứng da mà còn có lớp phủ cảng quang giúp Bác Sỹ dễ theo dõi đường đi của ống với XQ, MRI hoặc siêu âm. Đặc biệt ống có đánh dấu chiều dài ống giúp Bác Sỹ dễ dàng định vị chiều dài của ống khi vào cơ thể. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	45	Sonde dẫn lưu đường mật 8Fr	Ống sonde không những được phủ Hydrophilic ít gây biến chứng và kích ứng da mà còn có lớp phủ cảng quang giúp Bác Sỹ dễ theo dõi đường đi của ống với XQ, MRI hoặc siêu âm. Đặc biệt ống có đánh dấu chiều dài ống giúp Bác Sỹ dễ dàng định vị chiều dài của ống khi vào cơ thể. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5
	46	Tạp dề 80 x 120	Chất liệu bằng nylon PE Sử dụng 1 lần .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	2.000
	47	Túi đựng bệnh phẩm nội soi	Túi sử dụng 1 lần, SX tại VN thay thế hàng ngoại nhập, có nhiều kích thước để chọn lựa .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	48	Vòng đeo tay người lớn (màu hồng)	Dài 25,4cm, có nhiều lỗ để gắn nút gài nhằm thay đổi kích thước theo cỡ tay người dùng Vùng in: vùng màu trắng để in thông tin KT (9,5x2.8)cm Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng. Đạt chứng chỉ FDA về y tế của Mỹ Chứng chỉ ISO 9001:2015 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	3.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	49	Vòng đeo tay người lớn (màu xanh dương)	Dài 25,4cm, có nhiều lỗ để gắn nút gài nhằm thay đổi kích thước theo cỡ tay người dùng Vùng in: vùng màu trắng để in thông tin KT (9,5x2.8)cm Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng. Đạt chứng chỉ FDA về y tế của Mỹ Chứng chỉ ISO 9001:2015 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	3.000
	50	Vòng đeo tay trẻ em (màu hồng)	Dài 25,4cm, có nhiều lỗ để gắn nút gài nhằm thay đổi kích thước theo cỡ tay người dùng Vùng in: vùng màu trắng để in thông tin KT (9,5x2.8)cm Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng. Đạt chứng chỉ FDA về y tế của Mỹ Chứng chỉ ISO 9001:2015 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	51	Vòng đeo tay trẻ em (màu xanh dương)	Dài 25,4cm, có nhiều lỗ để gắn nút gài nhằm thay đổi kích thước theo cỡ tay người dùng Vùng in: vùng màu trắng để in thông tin KT (9,5x2.8)cm Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng. Đạt chứng chỉ FDA về y tế của Mỹ Chứng chỉ ISO 9001:2015 .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	1.000
	52	Dây nối bơm tiêm cản quang 152 cm	Ống dây chất lượng cao PVC mềm, chống gập, màu cam, trong suốt Áp suất 4 Bars (58 Psi) Kích cỡ lòng ống: 1.5mm x 2.5mm Chiều dài: 150cm Đầu nối an toàn và tin cậy: Male and Female Luer Lock Tip Đóng gói tiệt trùng Ethylene Oxide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	5.000
	53	Bơm tiêm thuốc cản quang 200ml	Dung tích thực tế 210ml; Áp suất 350psi; Chất liệu nhựa chịu áp, chống tỏa nhiệt .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	500

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	54	Dây nối bơm cản từ	Dài 120 cm/ 180cm/ 250 cm Dây nối chữ Y, chữ T và Dây nối cho xi lanh 1 nòng Dây xoắn giảm áp lực, chất liệu PVC. Không chứa chất độc hại. Phù hợp sinh học Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, CFS, FDA/ M .Cung cấp Giấy chứng nhận về xuất xứ sản phẩm và chất lượng của sản phẩm.	500