SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

Số: 735 /BV-VTTBYT
Về việc mời báo giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Thủ Đức, ngày 27 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 310 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y Tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai lập kế hoạch mua sắm gói thầu mua sắm vật tư y tế.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: (028). 5432.7888 *Email: vtyt.bvlvt@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá.

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TPHCM

- Nhận qua email: vtyt.bvlvt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư.

- Danh mục gói thầu gồm 29 mặt hàng và được chia thành 3 lô. Nhà thầu lựa chọn một hoặc tất cả các lô và cung cấp các thông tin liên quan đến tất cả các mặt hàng trong từng lô theo mẫu. Chi tiết các mặt hàng vui lòng xem file đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Binh Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 giờ kể từ khi Bệnh viện gọi hàng.

4. Các thông tin khác (nếu có): Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (N, b).

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

Trần Văn Khanh

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH MỤC GÓI THẦU

Đính kèm theo Công văn về việc mời báo giá số: 735 /BV-VTTBYT ngày 27 tháng 11 năm 2023

Số Lô	Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	1	Bơm tiêm 1ml	-Xy lanh dung tích được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. -Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. -Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng -Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	200.000

2	Bơm tiêm 3 ml	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	500.000
3	Bơm tiêm 5 ml	- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	500.000

4	Bơm tiêm 10 ml	- Xy lanh dung tích được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong nhẵn không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. -Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. -Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. -Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	500.000
5	Bơm tiêm 20 ml	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	200.000

6	Bơm tiêm 50 ml (đầu nhỏ)	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO tronng quá trình tiệt trùng - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	50.000
7	Bơm cho ăn 50ml	- Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	50.000
8	Kim tiêm các số	Kim các số G18, G20, G23, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	500.000

1	9	Dây truyền dịch	-Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. -Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. -Có bầu cao su tiếp thuốc. -Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. -Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. -Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". -Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. -Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	200.000
	10	Dây truyền máu	- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Kèm kim sắc truyền 18G - Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. - Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml	2.000

11	Dây oxy người lớn	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	50.000
12	Dây oxy trẻ em	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	20.000

13	Dây oxy sơ sinh	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	1.000
14	Dây hút dịch phẫu thuật tiệt trùng	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	10.000

15	Mask oxy các cỡ	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	20.000
16	Mask xông khí dung các cỡ	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	30.000

	17	Túi nước tiểu có khóa có dây đeo	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng.	10.000
	18	Bộ dây hút dịch MPV 14Fr có nắp đậy	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Sản phẩm phải được tiệt trùng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng..	50.000

	19	Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng 24G	Kim luồn mạch máu an toàn, cánh nhỏ, không cổng, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa - có bộ phận giữ cánh đa năng, khi luồn kim cánh được khép lại thuận tiện cho việc thao tác, khi cố định cánh được bung ra thành đế giữ catheter. - Catheter chất liệu bằng **Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)**, có 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: Kim 24G: kích thước 0.7mm * 19mm, tốc độ 22ml/ phút - Kim 24G có công nghệ cảnh báo máu sớm - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	50.000
	20	Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng 26G	Kim luồn mạch máu an toàn, cánh nhỏ, , các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa - có bộ phận giữ cánh đa năng, khi luồn kim cánh được khép lại thuận tiện cho việc thao tác, khi cố định cánh được bung ra thành đế giữ catheter. - Catheter chất liệu bằng Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), có 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: - Kim 26G: kích thước 0.6mm * 19mm, tốc độ 15ml/ phút - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	2.000

2	21	Kim luồn tĩnh mạch có cánh 20G	Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, thời gian lưu đến 3-5 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Catheter chất liệu bằng Polyurethane (PUR), có 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: Kim 20G: kích thước 1.0mm * 32mm, tốc độ 64ml/ phút, màu hồng - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	35.000
	22	Kim luồn tĩnh mạch có cánh 18G	Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, thời gian lưu đến 3-5 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Catheter chất liệu bằng Polyurethane (PUR), có 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: Kim 18G: kích thước 1.2mm * 45mm, tốc độ 100ml phút, màu xanh - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	10.000

	23	Kim luồn tĩnh mạch có cánh 22G	Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, thời gian lưu đến 3-5 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. Có đầu bảo vệ bằng nhựa. - Catheter chất liệu bằng Polyurethane (PUR), có 4 đường ngầm cản quang - Kích cỡ: Kim 22G: kích thước 0.8mm * 25mm, tốc độ 38ml/ phút, màu xanh dương - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối. - Đóng gói tiệt khuẩn EO - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	80.000
	24	Kim luồn an toàn có cánh, có cổng 18G	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng tiêm: - Catheter chất liệu **vialon** . - Thời gian lưu kim 96h - Có **6 đường cản quang** chạy dọc catheter. - Thông số kĩ thuật: Cỡ 18G: , chiều dài 45mm, tốc độ dòng chảy: 103ml/phút	500
	25	Phim X-quang 20cm x 25cm	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Mật độ quang học tối đa ≥ 3.1 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Sử dụng cho các dòng máy in phim khô Drystar 5302 và 5301, Drystar AXYS, Drystar 5503 - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	100.000

3	26	Phim X-quang 25cm x 30cm	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Mật độ quang học tối đa ≥ 3.1 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Sử dụng cho các dòng máy in phim khô Drystar 5302 và 5301, Drystar AXYS, Drystar 5503 - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	100.000
	27	Phim X-quang 35cm x 43cm	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Mật độ quang học tối đa ≥ 3.1 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Sử dụng cho các dòng máy in phim khô Drystar 5302 và 5301, Drystar AXYS, Drystar 5503 - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	120.000
	28	Phim X-quang nhũ ảnh 20cm x 25cm	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Mật độ quang học tối đa ≥ 3.1 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Sử dụng cho các dòng máy in phim khô Drystar AXYS, Drystar 5503 để in phim nhũ ảnh - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	2.000

	29	Phim X-quang nhũ ảnh 25cm x 30cm	- Phim khô, độ tương phản cao, rõ nét với in ấn y tế thang xám trên nền PET có độ dày 168µm - Mật độ quang học tối đa ≥ 3.1 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Sử dụng cho các dòng máy in phim khô Drystar AXYS, Drystar 5503 để in phim nhũ ảnh - Lưu trữ phim trước khi in ở nhiệt độ 4-25 độ C	2.000

Công ty.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO GIÁ.....

Kính gửi: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

STT	Phân nhóm TT14	Mã VTYT dùng chung theo QĐ 5086	Tên VTYT dùng chung theo QĐ 5086	Giá kê khai trên cổng thông tin BYT	Mã kê khai giá trên cổng thông tin BYT	Tên hàng hóa	Tên Thương Mại	Chủng loại/ Mã hàng	Cấu hình, tính năng đặc tính kỹ thuật	Số đăng ký/ số công hố/ số giấy phép nhập khẩu	Phân loại	Hãng SX	Nước SX	Hãng/ nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (VND)	Thành tiền	Ghi chú
1																				
2																				