SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH**

Số: 148 /BV-VTTBYT
Về việc mời báo giá Trang thiết bị y tế năm 2023.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Tp. Thủ Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2023*

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế về quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao năm 2023.

Kính mời Quý Doanh nghiệp báo giá trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao theo chi tiết danh mục đính kèm (bao gồm: số lượng, tính năng kỹ thuật).

Bảng báo giá kê khai theo mẫu tại TT14/2020/TT-BYT và tài liệu pháp lý của sản phẩm theo quy định như sau:

- Thời gian gửi báo giá: trước 16 giờ 30 ngày 07/04/2023 (thứ sáu).

- Yêu cầu báo giá: báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng; báo giá có hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành.

- Hình thức gửi báo giá: gồm 01 file cứng có dấu, 01 file mềm.

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Số điện thoại: 028 54327888 email: vtyt.bvlvt@gmail.com

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (H, b).

**GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

**Trần Văn Khanh**

*(Phụ lục số 1)*

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**Tên đơn vị: BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023*

# DANH MỤC BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn mổ | Cái | 2 | Bàn mổ tổng quát điện thủy lực kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ<br>Trong đó mỗi bộ bao gồm:<br>- Thân bàn kèm tấm đỡ lưng và đỡ hông: 01 Cái<br>- Tấm đỡ lưng mở rộng: 01 Cái<br>- Tấm đỡ đầu: 01 Cái<br>- Tấm đỡ chân: 01 Cặp<br>- Tấm đỡ tay: 02 Cái<br>- Bộ điều khiển cầm tay có dây: 01 Cái<br>- Khung gây mê kèm bộ gá: 01 Cái<br>- Bảng điều khiển dự phòng tích hợp trên cột bàn: 01 Cái<br>- Ắc quy tích hợp sẵn trong bàn: 01 Bộ<br>- Dây nguồn: 01 Cái<br>- Khung chắn màn gây mê kèm kẹp: 01 cái | |
| 2 | Đèn mổ treo trần 02 nhánh | Cái | 2 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ<br>Trong đó mỗi bộ bao gồm:<br>- Đầu đèn chính: gồm 4 module đèn LED : 01 cái<br>- Đầu đèn phụ: gồm 3 module đèn LED : 01 cái<br>- Bảng điều khiển tại đầu đèn : 02 bộ<br>- Tính năng tự động điều chỉnh cường độ : 01 bộ<br>- Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được : 05 cái<br>- Bộ nguồn cho hai đầu đèn : 01 bộ<br>- Nắp che trần : 01 cái<br>- Hệ thống cánh tay treo đầu đèn : 01 bộ<br>- Trụ đèn : 01 cái | |
| 3 | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát | hệ thống | 1 | - Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng LED<br>- Màn hình y tế 4K<br>- Thiết bị ghi hình<br>- Đầu cameraFull HD 3CMOS<br>- Máy cắt đốt nội soi<br>- Máy bơm CO2<br>- Xe đẩy máy thiết kế chuyên dụng cho hệ thống nội soi<br>- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | |
| 4 | Máy cắt đốt cao tần | Cái | 2 | - Máy chính : 01 bộ<br>- Bàn đạp chân đơn cực, kèm cáp nối : 01 cái<br>- Bàn đạp chân lưỡng cực, kèm cáp nối : 01 cái<br>- Tay dao đơn cực điều khiển bằng nút bấm, kèm cáp nối : 02 cái<br>- Kẹp đốt điện lưỡng cực : 01 cái<br>- Dây cáp cho kẹp đốt điện lưỡng cực : 01 cái<br>- Dây nối tấm điện cực trung tính : 02 cái<br>- Tấm điện cực trung tính, loại tấm đôi : 10 cái<br>- Xe đẩy (mua tại Việt Nam) : 01 cái | |

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân 10 thông số | Cái | 2 | - Máy chính<br>- 1 module có thêm hai cổng<br>- 1 dây nối đo điện tim<br>- 1 dây điện cực ECG 3 chuyển đạo<br>- 1 dây nối với đầu dò SpO2<br>- 1 ống hơi đo huyết áp<br>- 1 túi hơi huyết áp người lớn<br>- 1 túi hơi huyết áp nhi<br>- 1 dây nguồn<br>- 1 máy in<br>- 1 pin sạc<br>- 1 đầu dò SpO 2 người lớn<br>- 1 đầu dò nhiệt độ da<br>- 1 dây nối đo ETCO2<br>- 1 dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP và 5 bộ IBP kit<br>- Thêm module theo dõi độ hôn mê sâu gồm :<br>+ 1 bộ xử lý<br>+ 1 cáp nối<br>+ 1 sensor<br>- Module đo độ giãn cơ kèm phụ kiện kích thích cơ | |
| 6 | Máy gây mê | Cái | 2 | - Dây khí nén: 01 chiếc<br>- Dây oxy: 01 chiếc<br>- Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ<br>- Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc<br>- Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ<br>- Bộ thải khí mê: 01 bộ<br>- Bình bốc hơi: 01 bình<br>- Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ<br>- Khối đo khí mê tích hợp trong thân máy: 01 chiếc<br>- Xe đẩy: 01 chiếc<br>- Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc<br>- Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc<br>- Bóng bóp người lớn: 01 chiếc<br>* Hệ thống theo dõi gây mê điện tử + phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ<br>+ Máy tính + màn hình ≥ 21 inch tiêu chuẩn y tế: 01 chiếc<br>+ Bàn phím + chuột: 01 chiếc<br>+ Bộ gá màn hình: 01 chiếc | |
| 7 | Máy sưởi ấm dịch truyền | Cái | 3 | - Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ : 01 cái<br>- Hệ thống đèn cảnh báo : 01 bộ<br>- Giá đỡ : 01 cái<br>- Dây làm ấm : 01 cái<br>- Dây nguồn : 01 cái<br>- Tài liệu hướng dẫn tiếng anh + tiếng việt : 01 bộ | |

**ĐẠI DIỆN BỆNH VIỆN**
**Giám đốc**

BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH

**Trần Văn Khanh**